



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 293/2016
Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva

Opção de Vaga:
A-103 – Médico (Radioterapeuta)

Disciplina: Específica

Questão: 40

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708740														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

A falta de consenso entre os valores numéricos das distâncias de 2 ou 3 cm **NÃO** altera o conceito exposto nas diferentes assertivas. Nenhuma alternativa se torna igual à outra apenas pela troca do valor de 2 para 3 cm.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 41

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708740													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

Tecnicamente, considerando apenas a energia e a profundidade referidas na questão, a alternativa C é a melhor resposta, como pede o enunciado.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 45

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708406													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

A alternativa D é a que refere o fator prognóstico preditivo isolado dentre os listados mais importantes para adenocarcinoma endometrióide.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 47

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708511	1708740												
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

A alternativa C é a única opção que realmente oferece a alternativa solicitada dentro dos mesmos parâmetros técnicos à programação referida no enunciado.

Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 51

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708406														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

Apesar de ser implícita a emissão de partícula BETA ser o elétron (negativo, e não o pósitron, positivo), há uma opção que faz referencia ao Beta +. Desta forma, resolve-se alterar a resposta correta para uma opção que contemple esta afirmativa.

- Situação da questão: **mantida com alteração de gabarito: B para D.**

Questão: 52

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708740														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

O MAGNETRON é uma válvula que gera a micro-onda e não a nuvem de elétron.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 54

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708740														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

A resposta informada é a que MAIS se encaixa no contexto da pergunta, fazendo referência à droga e à radioterapia.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 57

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708740													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

Dentre as opções apresentadas, a informada como correta é a que MAIS se encaixa no contexto. Dois corpos acima e abaixo representam uma segurança. Dose única inicial nem sempre é a melhor alternativa, pois pode provocar edema.

- Situação da questão: **mantida sem alteração de gabarito.**

Questão: 60

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1708406	1708740												
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

Dentre as opções apresentadas, a informada como correta é a que MAIS se encaixa no contexto. Apesar do ponto B representar também os linfonodos obturadores, primordialmente ele representa também o implante do paramétrio na parede pélvica, portanto também serve para estimar dose no paramétrio.

- Situação da questão: **mantida com alteração de gabarito: B para D.**