



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B-212.703	B-212	1B

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Para algumas soluções é indiferente solubilizar separadamente os reagentes no solvente. Entretanto, para outras é extremamente perigoso a prática. Assim, faz parte das boas práticas de manipulação em laboratório (quesito de avaliação nessa prova prática) que o técnico faça sempre a solubilização individualizada dos reagentes.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B-212.703	B-212	5

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Mesmo o enunciado pedindo somente o grupo o candidato especificou o subgrupo de maneira errada.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-706	B212	5

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Não ficou claro para a banca os pontos de reclamação do candidato por falta de argumentação. O candidato somente colocou referências sem explicar o motivo da sua solicitação de recurso. Na resposta da questão 5 o candidato não informou o grupo/subgrupo como pedido no enunciado. Sendo assim, o procedimento de descarte informado foi genérico.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-707	B212	2

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Como o enunciado tratava da manipulação de uma lâmina/lamínula em microscópio óptico invertido, o procedimento de colocação do óleo de imersão é uma etapa importante e deveria ter sido melhor descrita. A lamínula, nesse caso, deve ser colocada para baixo em contato com o óleo de imersão. Na argumentação o candidato erra ao dizer que a lamínula deve ser colocada virada para cima.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-711	B212	1A

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. O candidato não citou referencial teórico em sua argumentação. A calibração da balança é uma etapa crucial para a perfeita utilização do equipamento. Além disso o candidato errou no cálculo da massa de um dos reagentes.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-711	B212	1C

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. O candidato não citou referencial teórico em sua argumentação. O candidato em hipótese alguma pode ajustar o pH de uma solução usando um sal (NaCl). A banca circulou o NaCl da resposta e consideramos que o erro estava claro.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-711	B212	2

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. O candidato não mencionou a retirada da lâmina/lamínula do porta amostras, para a correta colocação do óleo de imersão na objetiva nem a recolocação da mesma com a lamínula virada para baixo. Além disso, o candidato extrapolou, em praticamente todas as linhas, os limites laterais destinados para a reposta.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-712	B212	1B

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Para algumas soluções é indiferente solubilizar separadamente os reagentes no solvente, entretanto, para outras é extremamente perigoso a prática. Assim, faz parte das boas práticas de manipulação em laboratório (quesito de avaliação nessa prova prática) que o técnico faça sempre a solubilização individualizada dos reagentes.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-712	B212	1C

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. O candidato na resposta da questão 1C informou que usaria o HCl 1N para elevar o pH de uma solução, enquanto que o correto seria usar NaOH. Esse é um erro gravíssimo no ajuste de uma solução justificando a perda dos pontos.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-714	B212	1A

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Não foi considerado a resposta fora das linhas. A questão foi dividida em duas partes: o procedimento e o cálculo das massas. Cada parte valendo 5. Como toda parte de cálculo está fora das linhas foi descontado metade da questão.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-714	B212	1B

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Para algumas soluções é indiferente solubilizar separadamente os reagentes no solvente. Entretanto, para outras é extremamente perigoso a prática. Assim, faz parte das boas práticas de manipulação em laboratório (quesito de avaliação nessa prova prática) que o técnico faça sempre a solubilização individualizada dos reagentes.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-714	B212	3

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. O candidato foi muito genérico na sua resposta, não especificando os procedimentos de colocação do material dentro da autoclave, e também os ajustes básicos do equipamento, mesmo em se tratando de uma autoclave automática (o que não foi mencionado na resposta).



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-715	B212	1B

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Para algumas soluções é indiferente solubilizar separadamente os reagentes no solvente. Entretanto, para outras é extremamente perigoso a prática. Assim, faz parte das boas práticas de manipulação em laboratório (quesito de avaliação nessa prova prática) que o técnico faça sempre a solubilização individualizada dos reagentes. O candidato não poderia deixar subentendido essa etapa por ser importante no procedimento.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-715	B212	1C

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. O procedimento de calibração do pHmetro é uma etapa importante na aferição do pH. Na resposta do candidato não foi detalhada.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-715	B212	3

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Não foi considerada a resposta fora das linhas especificadas.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-715	B212	4

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Não foi considerada a resposta fora das linhas especificadas. Além disso o candidato não informou corretamente o tipo de fluxo laminar para a realização do procedimento.



Edital nº 255/2019
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos

Resposta aos Recursos - Prova Prática

Número Desidentificador	Código da Opção de Vaga	Número da Questão
B212-715	B212	5

Resposta da Banca:

Solicitação de recurso indeferida. Não foi considerada a resposta fora das linhas especificadas. Sendo assim, o procedimento de inceneração, importante para o correto descarte do material não foi contabilizado na pontuação. Além disso como o material se enquadra no grupo A4 o saco para descarte é o branco leitoso.